

仕 様 書

1 物品の名称・数量等

4 K内視鏡システム 数量：1式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
○ 信号出力	<ul style="list-style-type: none">・ 3840×2160 又は 1920×1080 の出力に対応していること。・ HDSDI が選択可能なこと。
○ 色域	<ul style="list-style-type: none">・ 16色相領域を採用していること。
○ 観察性能	<ul style="list-style-type: none">・ 狭帯域光観察が可能であること。
○ 操作性	<ul style="list-style-type: none">・ 簡単な操作をサポートしていること。
○ その他	<ul style="list-style-type: none">・ 現在、使用している下記のライトガイド、光学視管に接続可能であること。接続不可能であれば以下に見合う製品を用意すること。 A5290A(5mm0), WA50373B(5mm30), A5294A(10mm0), A5288A(10mm30), A5213(10mm45), A5301(10mm45), WA4KL500(5mm0), A22001A(5mm12), A22085A(5mm30), A1932A(5mm30), A22002A(5mm30), WA29040A(5mm7), A2552(5mm7), A2550(5mm7), WA96200A(5mm0)（径と度数）

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8
茨城県立中央病院 手術室

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

平成31年1月31日(木)

納入にあたっては、事前に連絡調整すること。