

仕 様 書

1 物品の名称・数量等

電動ベッド 数量：50台

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項および不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
○ ボトム	<ul style="list-style-type: none"> ・ 鉄製・鋼製で通気穴があること。 ・ マットレスがずれないようにマットレス止めが5箇所あること。
○ フレーム	<ul style="list-style-type: none"> ・ サイドフレームはベッドサイドレール取り付け穴を8箇所（片側4箇所）設けていること。サイドフレーム側面に傷つき防止のための樹脂製サイドバンドフレームを備えていること。
○ キャスター	<ul style="list-style-type: none"> ・ キャスター4輪の内1輪は帯電防止キャスターで、セントラルロック仕様で4輪同時固定・解除ができること。 ・ 踏むとロックがかかり、引き上げると、解除ができる仕様であること。
○ ボード	<ul style="list-style-type: none"> ・ ヘッドボード・フットボードは取り外し可能で、ストッパーがかかること。
○ 操作部	<ul style="list-style-type: none"> ・ 背上げ・膝上げ・高さの調整が、電動で操作できること。 ・ 手元スイッチが3箇所に接続できること。 ・ 通電状態が確認できること。 ・ 手元スイッチには、誤操作を防止するため、各操作を個別に操作でき、LED点灯、消灯にはその状態が確認できること。 ・ 作業性向上のため、背上げ・高さの動作速度を1.5倍～2倍に切り替えできること。 ・ 電源プラグは3Pプラグであること。
○ ベッドサイドレール	<ul style="list-style-type: none"> ・ サイドレールとボードの隙間が狭いこと（JIS規格を準拠） ・ 抜き差ししやすい差込型タイプであること。 ・ 1台につき3本を付けること
○ その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電源コードを使用しないときに収納できる箇所があること。 ・ ベッド50台の廃棄処分を含むこと

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵6528番地
茨城県立中央病院 各病棟

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- 使用できるよう搬入，据付，接続，調整，動作確認を行ったうえで，取扱説明を行うこと。
- 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- 供給者は，技術支援及び教育，講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

平成31年1月31日(木)

納入にあたっては，事前に連絡調整すること。