

# 仕 様 書

## 1 物品の名称・数量等

ベッドパンウォッシャー 数量：2式

## 2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項および不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
○ サイズ	・ W500mm H1730mm D555mm 以下で既存装置の稼働箇所に設置可能であること。
○ 国際基準	・ ISO 15883-3 国際標準化機能の第3部に適合していること。
○ 材質	・ 洗浄槽の材質は耐食性の高いステンレス SUS316 又は SUS 304 であること。
○ 洗浄槽ドア	・ 全面ドア方式で開閉する構造で有り、断熱・防音の高い二重壁構造であること。
○ 安全構造	・ 洗浄ドアが閉じない限り総理は作動しない構造であること。また、工程終了まで洗浄ドアが開かない構造であること。
○ フットスイッチ	・ 洗浄ドアの開閉・洗浄スタートがフットスイッチで行えること。
○ 蒸気制御プロセス	・ 消毒後発生した蒸気を水に還元する蒸気制御プロセスによって、ドア解放時の蒸気排出量を抑える機能を有すること。
○ 容器の設置	・ 尿器・ベッドパン・ポータブルトイレ用バケツがセッティングできること。
○ 専用バスケット	・ ホルダーを外さずに装着したままセットできるバスケットを付属すること。
○ 電源	・ 三層 200V、又は単層 200V の選択が可能であること。

## 3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8 番地

茨城県立中央病院 ICU・CCU

- 4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）
- 使用できるよう搬入，据付，接続，調整，動作確認を行ったうえで，取扱説明を行うこと。
  - 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
  - 供給者は，技術支援及び教育，講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。
- 5 納入期限  
平成31年1月31日(木)  
納入にあたっては，事前に連絡調整すること。