

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

除細動器 数量：1 式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
充電時間	設定エネルギーの充電時間は200Jで4秒未満，270Jで5秒未満であること。 (ACのみ及びバッテリー動作のどちらにも対応可能であること。)
表示部	画面メッセージは日本語表示であること。
モニタ部	心電図（3誘導）、SP02（経皮的動脈血酸素飽和度）、ETC02（呼吸終末二酸化炭素分圧）を測定することが可能であること。
経皮ペーシング	経皮ペーシング機能が内蔵されていること。
安全性	除細動器本体のみで、放電テスト・バッテリー残量・経皮ペーシングのチェックなどができる簡単動作チェックが可能であること。また、セルフチェック機能があること。
データ保存	簡易動作チェックの結果を、プリントアウトおよびSDカードに保存が可能であること。
専用架台	専用架台を有すること。

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵6528
茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和6年3月29日（金）
納入にあたっては、事前に連絡調整すること。