

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

体圧分散式高機能エアマットレス 数量：27式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
マットレスサイズ	幅83～90cm以内であり長さ192cmおよび厚さ17cm以下であること。また重量は13kg以下であること。
ポンプサイズ	幅36.5cm×高24.6cm×奥行8.7cm以下で、重量は3.5kg以下であること。
自動ヘッドアップ機能	マットレス内蔵したセンサがヘッドアップ角度を検知し、角度に応じてマットレスの柔らかさと動きを最適な状態に自動調整が可能であること。また、4段階（15度、30度、45度、60度）で自動調整が可能であること。
体位変換機能	骨盤を中心に対角線上の小さな体位変換を自動化したシステムを有すること。
光サイン	異常をわかりやすくお知らせする光サインを有すること。
停電対策／メモリ機能	停電の際に万一コンセントが外れた場合は特殊なバルブがエアセル内の空気漏れを自動で遮断し、最低でも14日間以上マットレスがつぶれない安全機能を有すること。
キーロック	子供や認知症の方などによる誤操作を防止するキーロック機能を有すること。
圧切替	安静が必要な患者や、エアセルの圧切替が気になる患者向けに圧切替OFFを選択できる機能を有すること。
トリプルフィットセル	上層63本の小さなエアセルが柔らかく、しなやかに身体にフィットし、下層の21本のエアセルでしっかりと体重を支える上層分離型エアセルのタイプであること。
高性能専用カバー	専用カバーを付属すること。
その他	搬入、設置、廃棄等すべての費用を含めること。

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵6528
茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。

- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和6年3月29日（金）

納入にあたっては、事前に連絡調整すること。