

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

減圧沸騰式洗浄装置 数量：1 式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
圧力変化による洗浄	洗浄槽内の急激な圧力変化を繰り返すことで、洗浄液の沸騰・突沸、機器の管腔内への流れを発生させ、洗浄することが可能であること。
バスケット処理数	一度の洗浄で DIN 規格バスケット（幅 520mm×奥行 250×高さ 50mm）6 枚以上の処理が可能であること。
アタッチメント不要	材質・形状にとらわれず、アタッチメント不要で同時洗浄が可能であること。
操作パネル	カラー液晶画面で日本語表記が可能であること。
自動モード	予備洗浄・洗浄・すすぎ・水切り・乾燥までの一連の工程を自動で行う機能を有すること。
洗浄モード	洗浄物に応じて 7 パターン以上の洗浄運転モード設定が可能であること。
フットスイッチ	衛生的な洗浄作業を実施するためフットスイッチでのドア開閉機能を有すること。
ダヴィンチデバイスの洗浄	ダヴィンチデバイスを洗浄可能なバスケットを 2 個付属すること。
その他	搬入、設置等費用を含めること。

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8
茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和 6 年 1 2 月 2 7 日（金）
納入にあたっては、事前に連絡調整すること。