

仕 様 書

1 物品の名称・数量等

据置型デジタル式循環器用X線透視診断装置 数量：1 式

＜内 訳＞

メーカー	品 名	数量
シーメンスヘルスケア(株)	IVR-ST システム	1 式
	Nexaris Angio-CT	
	【構成】	
	HDR フラットディテクタ搭載インターベンションシステム	1 式
	Artis zee SX AT	
	128DAS マルチスライス CT	1 式
	SOMATOM Edge Plus スライディング	
	※詳細内訳は仕様書別紙のとおり	

2 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8

茨城県立中央病院

3 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと
- ・ 借入期間満了後は、当該物品の所有権を茨城県立中央病院へ無償譲渡するものとする。

4 納入期限

令和7年3月31日（月）

納入にあたっては、事前に連絡調整すること。