

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

汎用超音波画像診断装置 数量：1 式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
製品構成	ハンディタイプの装置本体と、検査画像を表示するタブレットの構成であること。
ハンディタイプ本体	本体がそのままプローブとして検査に使用が可能であること。
ワイヤレス通信	検査画像はワイヤレスでタブレットに表示が可能であること。
本体重量	本体重量が 210g 以下の軽量で取り回しが良いこと。
動画保存	動画検査データを保存が可能であること。
パルスドプラーモード	パルスドプラーモードを有すること。
2 点間距離計測	2 点間距離計測の機能を有すること。
プローブ	電子コンベックス探触子と電子リニア探触子の 2 種類のプローブ機能を有すること。
その他	搬入、設置等費用を含めること。 ※同等品可

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8
茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和 6 年 1 1 月 3 0 日（土）
納入にあたっては、事前に連絡調整すること。