

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

汎用超音波画像装置 数量：1 式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
1. 各種機能、性能、要件等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 妊婦の子宮内の観察（胎盤、臍帯、胎児、羊水など）が可能である機能を有すること。（2D 機能） ・ 妊娠初期の胎児形態スクリーニングを実施するために、詳細な形態評価が可能である方位分解能、距離分解能に優れるより詳細な画像描出ができるイメージングモードを有すること。（Ultra HD 機能） ・ 妊娠後期の検査条件が悪い時でも画像描出が可能であるノイズが少なく深部感度と組織分解能の良い均一な画像を安定して描出できるイメージングモードを有すること。（Augment 機能） ・ 骨などによる音響陰影を軽減し胎児心臓の形態描出が可能である音響陰影によるシャドウを軽減する機能を有すること。（Shadow Reduction 機能） ・ 胎盤や臍帯の血流評価や胎児心臓形態異常検出及び血流評価のための PW モード、M モード波形を立体的に表示する機能を有すること。（Radiantflow/Slowflow 機能） ・ 胎児体表奇形を描出するための 3D/4D モードを有すること。（3D/4D 機能）
2. 付属品等	<ul style="list-style-type: none"> ・ 本体の付属品として、経腹プローブ、経膈プローブ、4D 経腹プローブ及び白黒とカラーのプリンターを有すること。
3. システム接続等	<ul style="list-style-type: none"> ・ ネットワーク接続と電子カルテシステムとの接続工事等費用を含めること。
4. その他	<ul style="list-style-type: none"> ・ 搬入、設置等費用を含めること。 <p>※同等品可</p>

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8
茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和7年2月28日（金）

納入にあたっては、事前に連絡調整すること。