

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

ビデオ軟性鼻咽喉鏡 数量：1 式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
1. モニタ	・ 8 インチ以内で解像度 1920×1200（FHD）以上の TFT ディスプレイであること。 ・ 静止画・動画を記録可能な SD メモリカードを挿入できること。 ・ 録画機能を有していること。 ・ USB および HDMI ポートを有し、SD カードから USB への保存、外部モニタへの出力が可能であること。 ・ ビデオスコープが同時に 2 本接続することができ、切替ボタンにより、画像の切替が可能であること。 ・ 充電式リチウムイオン電池を内蔵していること。
2. スコープ	・ スコープを 2 本付属すること。 ・ ビデオスコープは CMOS チップを有していること。 ・ LED 光源であること。 ・ 先端部外径は、2.9 mm 以内であること。 ・ 視野角は 90° 以上であること。 ・ 先端湾曲角度は U p 130° 以上、D o w n 130° 以上であること。 ・ 有効長は 300 mm 以上であること。 ・ スコープは洗浄、ステラッド滅菌、E O G 滅菌が可能であること。
3. システム	・ 手に持って移動ができるコンパクトサイズであること。 ・ 電源が無い場所ではバッテリー駆動で観察が可能であること。
4. その他	・ 搬入、設置等費用を含めること。 ※同等品可

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8

茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和7年3月31日（月）

納入にあたっては、事前に連絡調整すること。