

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

搬送用保育器 数量：1 式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
バッテリー内蔵	バッテリーが本体に内蔵されていること。
バッテリー駆動	3 時間程度のバッテリー駆動が可能であること。
振動低減機能	振動低減のため防振ゴムを装備していること。
本体重量	本体重量はバッテリーを含めて 50 kg未満であること。
照明灯	患者の観察の為、照明灯を有すること。
スタンド	搬送用保育器を載せるスタンドを有すること。
Spo2 ユニット	Spo2 ユニットが搬送用保育器に内蔵されていること。
キャスター	4 輪式でロック可能であること。
手入窓	両側に手入窓を有すること。
その他	搬入、設置等費用を含めること。

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8

茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和 8 年 1 月 3 0 日（金）

納入にあたっては、事前に連絡調整すること。