仕　　様　　書

1　物件の名称・数量等
　密閉式固定包埋装置　　数量：１式

2　必要とする仕様の内容
- 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項　　目	技術的要件
レトルトの数	レトルト槽を 1 つ以上搭載しており、最大 400 カセット以上の処理能力を有すること。
試薬の攪拌機能	マグネットスターラーの搭載が望ましいが、その他の機能による撹拌も可能。また、処理中に薬液の攪拌が可能であること。
試薬のボトル数とパラフィン槽数	試薬ボトルは 12 本以上で 4 つのパラフィン槽を備えており、固定から脱脂、パラフィン浸透まで処理が可能であること。
薬液交換	薬液交換に関しては極力人手を介さずに、実施者の健康を守るため、薬液に触れる可能性を極力抑えた交換が可能であること。また、リモートホースを使用するなどしてボトルを抜き差しせずに試薬の交換が可能であること。
USB ポート	USB ポートを備えており、データーの取得が可能であること。
一般試薬仕様	専用試薬を必要とせず、一般試薬にて処理が可能であること。
機器の運用ソフトウェア言語	機器オペレーションソフトウエアは日本語であること。
操作モニタ	タッチスクリーンであること。また、パラフィン汚れなども容易に拭き取れる 12 インチ程度のサイズを有することが望ましい。
スキャン機能	カメラ付きのスキャナーを搭載していることが望ましい。また、バーコード管理及び撮影が可能であることが望ましい。
密度計搭載	密度計を内蔵し、薬液の入れ間違いを処理開始前に把握できることが望ましい。
停電時の対応	停電時、検体を保護が可能であること。
その他	搬入、設置等費用を含めること。

3　納品場所

茨城県笠間市鯉淵６５２８

茨城県立中央病院

4　調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5　納入期限

令和８年３月３１日（火）

納入にあたっては、事前に連絡調整すること。