

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

超音波手術器 数量：1式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
タッチスクリーンディスプレイ	本体操作部はタッチスクリーンであること。
セットアップ手順表示	セットアップ手順を画面に表示が可能であること。
吸引機能	イリゲーション及び吸引機能を有していること。
発振方法	電歪振動であること。
電気的要求	電圧は100Vから240V、周波数は50kHzから60kHzであること。
洗浄液の流量	洗浄液の流量は、5ml/分から20ml/分であること。
最大吸引圧	最大吸引圧は、600mmHg以上もしくは、70kPa以上であること。
ハンドピースの機能	破碎・洗浄・吸引の機能を有するハンドピースを2本有すること。
ハンドピース周波数	ハンドピース周波数は、20kHzから40kHz内であること。
ハンドピースの滅菌	ハンドピースは高压蒸気滅菌対応であること。
単回使用チップ	ハンドピースに接続するチップは、単回使用であること。
フットスイッチ	超音波発振機能と吸引・イリゲーション機能を操作可能なフットスイッチを有すること。また、踏む強さに応じてハンドピースへの電力レベルを制御可能であること。
滅菌ケース	ハンドピース滅菌用の滅菌ケースを2個有すること。
カート	本体を搭載するためのカートを有すること。カートにはロック付キャスターを備えており、フットスイッチと電源コードを収納するスペースを有していること。
その他	搬入、設置等費用を含めること。

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵6528

茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和8年3月31日（火）

納入にあたっては、事前に連絡調整すること。