

仕 様 書

1 物件の名称・数量等

輸液ポンプ 数量：40式

2 必要とする仕様の内容

- ・ 本件調達物品に係る性能、機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下「技術的要件」という。）は下記のとおりとする。
- ・ 必須の要求要件は本院が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないとの判断がなされた場合には不合格となり、落札決定の対象から除外する。
- ・ 当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議すること。

項 目	技術的要件
ポンプ方式	ミッドプレス方式であること。
使用可能輸液回路	当院指定のポンプ用輸液セットの使用が可能であること。
流量範囲	1～300ml/h 程度であること。
流量精度	±10%以内であること。
積算量表示範囲	0～9999ml 程度であること。
予定量設定範囲	1～9999ml 程度、または予定量設定無しの選択が可能であること。
早送り機能	早送り機能を備えていること。
警報機能	閉塞機能、気泡混入警報、ドア警報、輸液完了警報、電源異常警報、シャットダウン予告警報、バッテリー警報、開始忘れ警報、流量・予定量大小判定機能、再警報などの警報機能を備えていること。
閉塞検出圧	10～150kPa 程度の範囲で検出圧を切り換えることが可能であること。
安全機能	閉塞圧設定切換機能、閉塞時内圧緩和機能、気泡混入警報感度切換機能、チューブクランプ機能、キーロック機能などの安全機能を備えていること。
付加機能	ヒストリ機能、AC 電源検出・ブザー音機能、積算量クリア機能などの付加機能を備えていること。
電源	AC100V での作動の他、バッテリーで4時間以上駆動が可能であること。
医療事故対策	厚生労働省の適合基準を満たしていること。
その他	搬入、設置等費用を含めること。

3 納品場所

茨城県笠間市鯉淵 6 5 2 8

茨城県立中央病院

4 調達の条件（以下に必要な一切の費用を見込むこと。）

- ・ 使用できるよう搬入、据付、接続、調整、動作確認を行ったうえで、取扱説明を行うこと。
- ・ 納入により生じた梱包材料等は持ち帰り処分すること。
- ・ 供給者は、技術支援及び教育、講習支援を十分に実施し得る体制を確立しておくこと。

5 納入期限

令和9年3月31日（水）

納入にあたっては、事前に連絡調整すること。