

令和8年10月21日

茨城県立中央病院長

質問に対する回答書について

「汎用超音波画像診断装置 1式 他7点」の入札に係る質問について、下記のとおり回答します。

項目	事項	回答欄
⑤全自動尿分析装置・全自動糖分析装置他	全自動尿分析装置のバックアップ機で処理速度が520検体以上／時間であることとあるが、514検体/時間で問題はないでしょうか。	バックアップ機で処理速度が520検体以上／時間であることを必須条件としています。514検体/時間では、仕様条件を満たしていません。
⑤全自動尿分析装置・全自動糖分析装置他	全自動糖分析装置の処理能力が150検体/時であることとあるが、156検体/時で問題はないでしょうか。	問題ありません。
⑤全自動尿分析装置・全自動糖分析装置他	全自動糖分析装置の試薬残量確認が試薬残量および残テスト数ができるとあるが、試薬残量のみイラストで表示されますが問題はないでしょうか。	試薬残量確認が試薬残量および残テスト数ができるとを必須条件としています。試薬残量のみイラスト表示では、仕様条件を満たしていません。
⑤全自動尿分析装置・全自動糖分析装置他	全自動グリコヘモグロビン分析装置の異常ヘモグロビンへの対応が主要な異常ヘモグロビン HbS, HbC, HbD, HbE を分離できること、かつHbA1c%の報告が可能であることとあるが、HbS,HbCを分離、HbD,HbEを検出・検知可能な仕様となるが問題はないでしょうか。	HbS, HbC, HbD, HbE（異常ヘモグロビン）は分離可能であり且つHbA1c%の報告が数値として可能であることを必須条件としております。「HbS,HbCを分離、HbD,HbEを検出・検知可能な仕様」では、仕様条件を満たしていません。
⑤全自動尿分析装置・全自動糖分析装置他	全自動グリコヘモグロビン分析装置の希釈測定が検体のHb濃度により装置上で希釈倍率を変更し測定する機能を有することとあるが、装置上にあるラックによって希釈倍率を自動で行え（変更が可能）、装置の操作なしとなる仕様となるが問題はないでしょうか。	問題ありません。
⑤全自動尿分析装置・全自動糖分析装置他	卓上遠心機のバケットは5～10mL採血管24本以上を一度に遠心可能であることとあるが、5～10mL採血管バケットの最大架本数は16本となり、24本以上であれば、7～10mL採血管用のバケットで問題はないでしょうか。	問題ありません。
⑤全自動尿分析装置・全自動糖分析装置他	卓上遠心機のその他で国際安全規格に準拠している製品であることとあるが、JIS（日本産業規格）の医療機器安全規格を取得しているもので問題はないでしょうか。	問題ありません。